



Bystra, dn.21.01.2016 r.

Nr sprawy:1/EZP/380/MAS/1/2015

**Centrum
Pulmonologii
i Torakochirurgii
w Bystrej**

Wykonawcy - wg rozdzielnika
Wszyscy zainteresowani

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb CPiT w Bystrej

**Specjalista ds.
Zamówień Publicznych**

tel./fax (33) 499 18 10

zp@szpitalbystra.pl

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie załącznika nr 2 formularza asortymentowo-cenowego, odnośnie Pakietu nr 6, polegającej na wkreśleniu poz. 23 z Pakietu.

W związku z powyższym ponownie zostaje umieszczony zmodyfikowany załącznik nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) stanowiący załącznik do niniejszego pisma

Ponadto Zamawiający zmienia treść pktu 12 rozdz. III Siwz., który otrzymuje nowe poprawne brzmienie : „ Zamawiający w zakresie Pakietu 6, poz. 1-19 wymaga aby elementy systemu zamkniętego pochodziły od jednego producenta. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w poz. 1-8 probówko-strzykawki posiadały etykiety wykonane z materiału umożliwiającego naniesienie danych zwykłym długopisem, bez konieczności używania pisaków alkoholowych, muszą posiadać wyraźne zróżnicowanie kolorystyczne korków dla poszczególnych badań. Zamawiający wymaga, aby system połączenia zestawu „igła systemowa -probówko-strzykawka” gwarantował stabilność połączenia (np. podwójny gwint, specjalny zaczepek). Ponadto zamawiający wymaga, aby na każdej mikroprobówce, (**poz. 20-23**) znajdowały się informacje dotyczące : rodzaju i pojemności mikroprobówki, serii i daty ważności. Oferowane mikroprobówki muszą posiadać wyraźny znacznik napełnienia. Na czas obowiązywania umowy zamawiający wymaga wypożyczenia nieodpłatnie 5 statywów na probówki (statywy autoklawalne). W celu weryfikacji zaoferowanych wyrobów w poz. **1-26** Pakietu 6, zamawiający wymaga załączenia do oferty próbek w ilości po 2 sztuki z każdego rodzaju.”

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc

/ na oryginale podpis osoby upoważnionej /

ul. J.Fałata 2
43-360 Bystra

tel. (33) 499 18 01
fax. (33) 499 18 02

www.szpitalbystra.pl
sekretariat@szpitalbystra.pl

NIP: 937 00 10 797
REGON: 000640923

Bank: BS Węgierska Górka
55 8131 0005 0013 6943 2000 0010



Śląskie.
Pozytywna energia