



Bystra, dnia 05.04.2018 r.

L.dz.: 7.EZP/380/MAS/2/2018

Wszyscy zainteresowani

Uszczegółowienie do wyjaśnienia i zmiany treści siwz.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych j.u. dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Zamawiający, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej dokonał uszczegółowienia w zakresie odpowiedzi na Pytanie 36 w piśmie wyjaśniającym i zmieniającym treść SIWZ z dnia 04.04.2018 r. nr 2, właściwa treść odpowiedzi brzmi:

Pytanie 36

Część nr 2, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na udokumentowanie spełniania wymogów przepisów dotyczących bezpiecznego stosowania rękawic w kontakcie z żywnością oczekuje certyfikatu wystawionego przez jednostkę niezależną.

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu oczekuje rękawic przebadanych na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 i złożenia badań wystawionych przez jednostkę niezależną nie starszych niż z 2016 r.?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje certyfikatu wystawionego przez jednostkę niezależną .

Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych na przenikanie wirusów oraz krwi syntetycznej potwierdzonych badaniem jednostki niezależnej , przy czym w trakcie realizacji zamówienia dostarczana seria wyrobów musi być zgodna z serią wyrobów wyszczególnionych w dokumencie. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana serii wyrobu, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnego badania na przenikliwość wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 dla dostarczanej serii wyrobów.

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc
/podpis osoby upoważnionej na oryginalne