



Bystra, dn. 09.04.2018 r.

sprawy: 7/EZP/380/MAS/2/2018

**Wszyscy zainteresowani**

## Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

### Specjalista ds. Zamówień Publicznych

tel./fax (33) 499 18 10

zp@szpitalbystra.pl

ul. J.Fałata 2  
43-360 Bystra

tel. (33) 499 18 01  
fax. (33) 499 18 02

www.szpitalbystra.pl  
sekretariat@szpitalbystra.pl

NIP: 937 00 10 797  
REGON: 000640923

Bank: BS Węgierska Górka  
55 8131 0005 0013 6943 2000 0010

### Wyjaśnienie treści siwz

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych j.u. dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:

#### **Pytanie 1**

Czy dopuszczają państwo kaniule o długości 183 cm., która pasuje do aparatu Alice PDX.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza kaniuli jw.

Dyrektor  
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  
Urszula Kuc  
/podpis osoby upoważnionej na oryginalne

